DENTO-VIRACTIS INSTRUMENTS 53

DENTO-VIRACTIS

Description	Dento- Viractis 53 est recommandé pour la **désinfection par immersion de l'instrumentation dentaire,** directement après nettoyage prédésinfectant et déprotéinisant.
Domaines d'application	Usage sur les instruments et dispositifs médicaux réutilisables thermosensibles.
Caractéristiques	✓ Disponible en **concentré (1 L)** et en **solution prête à l'emploi (5 L)**
Présentation commerciale	Le flacon de 1 litre concentré avec doseur gradué Le bidon de 5 litres de solution prête à l'emploi

Dilution: 2%

Activité antimicrobienne			Concentration	Temps de contact
Bactéricide	EN 1040	Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus	-	15 min
	EN 13727	Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Enteroccus hirae	0,25%	15 min
	EN 14561		1%	15 min
	NF T 72-171	Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli	1%	5 min
Fongicide	EN 1275	Candida albicans, Aspergillus niger	-	15 min
	EN 13624	Candida albicans	0,1%	15 min
	EN 14562		2%	15 min
	NF T 72-301 avec substances interférentes	Candida albicans, Penicikium verrucosum, Cladosporium cladosporioides	1%	15 minutes
Virucide	Selon EN 14476	Adénovirus type 5	2%	15 min
		Poliovirus type 1	2%	15 min
		HIV-1	0,5%	5 min
		Hépatite B	1%	5 min
		BVDV (HCV)	2 %	15 min
		Herpes virus simplex type 1	0,5%	1 min
		Rotavirus	0,5%	1 min
	NF T 72-180	Enterovirus polio 1, Adenovirus type 5, Orthopoxvirus of the vaccine	2%	15 min

DENTO-VIRACTIS INSTRUMENTS 53

DENTO-VIRACTIS

Composition	Glutaraldéhyde potentialisé, tensio-actifs non ionique et cationique, parfum.
Précautions	Contient du glutaraldéhyde.
Mode d'emploi	Préparation de la solution à 2% **(pour le flacon de 1L concentré uniquement)** 1. Porter des gants et des lunettes. 2. Utiliser un bac de désinfection gradué et à couvercle. 3. Diluer une dose de 20 ml dans 1 d'eau du réseau. Une simple pression sur les flancs du flacon permet de remplir le doseur de 20 ml. Utilisation : 1. Immerger complètement les instruments nettoyés, pré désinfectés, déprotéinisés, rincés et égouttés. 2. Temps de contact : 15 minutes 3. Egoutter. 4. Rincer à l'eau, si possible filtrée. 5. Sécher à l'aide d'un support non tissé à usage unique stérile ou d'air comprimé filtré. La solution sera renouvelée dès qu'elle est souillée ou au plus tard tous les 7 jours.

Phrases de risque : (pour le flacon de 1L concentré uniquement)

- R20/22 : Nocif par inhalation et par ingestion.
- R34 : Provoque des brûlures.
- R42/43 : Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau.
- R50 : Très toxique pour les organismes aquatiques.

Phrases de sécurité : (pour le flacon de 1L concentré uniquement)

- S2 : Conserver hors de la portée des enfants.
- S9 : Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.
- S23 : Ne pas respirer les vapeurs.
- S26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- S36/37/39 : Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.
- S38 : En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.
- S45 : En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).
- S57 : Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
- S60 : Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.
- S61 : Éviter le rejet dans l'environnement.

Etiquetage : (pour le flacon de 1L concentré uniquement)

Marquage CE0120 obtenu en 2008. Version de la fiche: 2.0

CE 0120

HYGITECH
www.hygitech.com
25, rue Bleue
75009 PARIS - FRANCE
Tel: +33 (0)1 48 01 32 89